



# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);  
свидетельство о государственной регистрации №100865348 от 22 августа 2000 г.;  
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
фактический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
телефон: +(375 17) 292-81-42; факс: (+375 17) 288-29-88; e-mail: info@atomtex.com  
**в лице** директора Кожемякина Валерия Александровича

**заявляет, что** спектрометры МКС-АТ6101 (МКС-АТ6101, МКС-АТ6101А, МКС-АТ6101В, МКС-АТ6101С, МКС-АТ6101Д)

**изготовитель:** Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);  
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
адрес производства: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;  
технические условия ТУ ВУ 100865348.018-2006;  
код ТН ВЭД ТС 9030100000;  
серийный выпуск.

**соответствует требованиям** технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**Декларация о соответствии принята на основании** протоколов испытаний: № 11818/29 от 30.10.2013, протокол № 11818/30 от 15.11.2013, протокол № 43-05/33288-2013 от 12.11.2013, протокол № 43-05/33289-2013 от 12.11.2013, протокол № 43-05/33290-2013 от 12.11.2013, протокол № 43-05/33291-2013 от 12.11.2013, выданных научно-исследовательским испытательным центром БелГИМ, аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025, срок действия с 30.03.2014 по 30.03.2019.

**Дополнительная информация:** условия хранения спектрометров в упаковке изготовителя – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С без концентрации влаги;  
условия хранения спектрометров без упаковки – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С;  
гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления спектрометров;  
срок службы спектрометров – не менее 10 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.11.2019 включительно.**



В.А.Кожемякин

Сведения о регистрации декларации о соответствии:  
Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС ВУ/112 11.01. ТР004 003 09433  
Дата регистрации декларации о соответствии 04.12.2014