



- 1 - D7 + свинцовая фольга
- 2 - D8 + экран RCF
- 3 - PT1 + флуоресцентный экран

Условия измерения:

фокусное расстояние $F=300$ мм
 плотность потемнения снимка $D=(1,5...1,8)$

**Ориентировочная номограмма экспозиций
 рентгеновского аппарата АРИНА-3**