


Ориентировочная номограмма экспозиций рентгеновского аппарата АРИНА-5



- 1 - D7 + свинцовая фольга
- 2 - D8 + экран RCF
- 3 - PT1 + флуоресцентный экран

Условия измерения:

фокусное расстояние $F = 300$ мм

плотность потемнения снимка $D = (1,5 \dots 1,8)$