


Ориентировочная номограмма экспозиций рентгеновского аппарата АРИНА-7



- 1 - D7 + свинцовая фольга
- 2 - D8 + экран RCF
- 3 - PT1 + флуоресцентный экран

Условия измерения:
фокусное расстояние $F = 300$ мм
плотность потемнения снимка $D = (1,8 \dots 2,0)$